

ПАСПОРТ

Сетка для подъема и поддержки пациента в горизонтальном положении

1. Общие сведения об изделии:

1.1. **Наименование:** Сетка для подъема и поддержки пациента в горизонтальном положении.

1.2. **Артикул:** TRF033R

1.3. **Назначение:** сетка предназначена для подъема, поддержки человека или частей тела человека.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия:

Длина, мм	1800
Ширина, мм	1200
Цвет	Темно-синий
Материал	100% полиэстер с ПУ покрытием, плотность 200 г/м ²

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

2.2.1. Комплектация:

- сетка для подъема и поддержки пациента в горизонтальном положении – 1 шт;

- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности

3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

3.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

3.3. Запрещается применение изделия при:

- имеющихся повреждениях кожи в области наложения изделия;

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;

- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

4. Условия транспортировки

4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

4.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

5.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:


- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;

- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Хранение и уход. Изделие можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.



Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Произведено в России

ПАСПОРТ

Сетка для подъема и поддержки пациента в горизонтальном положении

1. Общие сведения об изделии:

1.1. **Наименование:** Сетка для подъема и поддержки пациента в горизонтальном положении.

1.2. **Артикул:** TRF033R

1.3. **Назначение:** сетка предназначена для подъема, поддержки человека или частей тела человека.

2. Технические характеристики изделия

2.1. Основные параметры изделия:

Длина, мм	1800
Ширина, мм	1200
Цвет	Темно-синий
Материал	100% полиэстер с ПУ покрытием, плотность 200 г/м ²

2.2. Сведения об упаковке и маркировке:

2.2.1. Комплектация:

- сетка для подъема и поддержки пациента в горизонтальном положении – 1 шт;

- паспорт изделия с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.

2.2.2 Изделие упаковывается в индивидуальный полиэтиленовый пакет. Транспортная упаковка – картонные коробки.

3. Меры предосторожности

3.1. Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия.

3.2. Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изделия для безопасной эксплуатации.

3.3. Запрещается применение изделия при:

- имеющихся повреждениях кожи в области наложения изделия;

- загрязнении биологическими или химическими веществами, несущими опасность здоровью человека;

- индивидуальной непереносимости материалов изделия.

4. Условия транспортировки

4.1. Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку с продукцией во время транспортировки и хранения.

4.2. Хранение в сухих чистых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 75%.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи.

5.2 Изготовитель не несёт ответственность в течение гарантийного срока эксплуатации в случаях:


- механических повреждений изделий при перевозке и хранении;

- ненадлежащего их использования;

- неисправностей, вызванных климатическими воздействиями;

- доработки изделий потребителем (изменений конструкции).

Хранение и уход. Изделие можно подвергать машинной стирке при 40 °С в режиме бережной стирки. После стирки необходимо тщательно прополоскать. Отжим на минимальных оборотах. Не гладить. Не использовать химические растворители и очистители. Не применять хлорсодержащие вещества и оптические отбеливатели.



Изделие принято и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

